

BỘ Y TẾ
VIỆN DINH DƯỠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ¹⁴¹/TMBG-VDD

Hà Nội, ngày ¹⁴ tháng 5 năm 2025

THƯ MỜI BÁO GIÁ
Về việc cung cấp báo giá tuýp lấy máu cho các chỉ tiêu xét nghiệm

Kính gửi: Quý Công ty, Đơn vị cung cấp tuýp lấy máu cho các chỉ tiêu xét nghiệm
Căn cứ Luật đấu thầu ngày 23/06/2023;

Căn cứ vào nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 2 năm 2024 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ vào Kế hoạch số: 75/KH-VTQT ngày 15/5/2025 của Viện Dinh dưỡng về việc mua sắm hàng hóa dịch vụ;

Viện Dinh dưỡng xin thông báo đến Quý Công ty có đủ điều kiện và năng lực tham gia báo giá tuýp lấy máu cho các chỉ tiêu xét nghiệm.

Mục đích báo giá: Làm cơ sở để lựa chọn đơn vị cung cấp hàng hóa dịch vụ đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và giá phù hợp.

Danh mục hàng hóa/Dịch vụ báo giá: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Hình thức báo giá: 01 bản cứng và bản mềm scan PDF (Đã đóng dấu theo đúng quy định và gửi qua Email).

Thời gian gửi báo giá: Trước 16 giờ 00 ngày ²¹ tháng 5 năm 2025

Địa điểm giao hàng: Viện Dinh dưỡng 48B Tầng Bạt Hồ, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội.

Lưu ý: Báo giá đã bao gồm giá hàng hóa/dịch vụ và thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển, ... theo quy định của pháp luật, Bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm. Báo giá ghi rõ thời gian đảm bảo cung cấp hàng hóa theo tiêu chuẩn kỹ thuật. Báo giá bằng tiền đồng Việt Nam.

Thông tin xin gửi về: Phòng Vật tư - Quản trị, Viện Dinh dưỡng. Địa chỉ: 48B Tầng Bạt Hồ, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Số điện thoại: 0243.9717090; Email: vattuquantri.ninvn@gmail.com.

Nơi nhận:

- Website của Viện Dinh dưỡng (để công khai);
- Lưu: VT, VTQT.


Trần Thanh Dương

PHỤ LỤC
DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ
(Kèm theo Thư mời báo giá số: ~~14~~/TMBG-VDD ngày 16 tháng 05 năm 2025)

	Tên hàng hóa, dịch vụ	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Ống nhựa lấy máu chân không chứa EDTA	Thành phần: - Ống lấy máu chân không dạng vacutainer vô trùng. - Chất liệu PET. - Chất bổ sung: 3,6 mg EDTA K2 dạng phun khô. - Thể tích 2 ml 13 x 75 mm. - Có vị trí khoảng trống để dán nhãn phụ. - Nắp thiết kế hai lớp: nắp nhựa bên ngoài và cao su bên trong. - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016. - Quy cách đóng gói: 100 ống/hộp. Hoặc tương đương.	100 ống/hộp	60
2	Ống nhựa lấy máu chân không chứa chất chống đông Lithium Heparin ^N	Thành phần: - Ống lấy máu chân không dạng vacutainer vô trùng. - Chất liệu PET. - Chất bổ sung: Lithium Heparin 17IU/ml dạng phun khô. - Thể tích 4ml 13 x 75 mm. - Có vị trí khoảng trống để dán nhãn phụ. - Nắp thiết kế hai lớp: nắp nhựa bên ngoài và cao su bên trong - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016. - Quy cách đóng gói: 100 ống/hộp. Hoặc tương đương	100 ống/hộp	100
*	Cộng: 02 mục			

